

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wymagania niezbędne dla przedmiotu zamówienia

a) Część I: Dostawa i montaż mebli do Domu Diennej Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis	Jednostka miary	Ilość	Potwierdzenie spełnienia wymagań (spełnia/nie spełnia/nie dotyczy)*
1	Zestaw mebli	- 2 szt. – stół – wykonany z drewna; wymiary: długość: min. 100cm, szerokość: min. 70 cm, wysokość: min. 70 cm; odcienie buku; - 15 szt. – krzesło – wykonane z drewna, tapicerowane z miękkim siedziskiem; wymiary: głębokość min. 43 cm x szerokość siedziska min. 42 cm x wysokość siedziska min. 47 cm; wysokość krzesła min. 90 cm; odcienie buku; - 2 szt. – ławka – tapicerowana z oparciem; wysokość całkowita: min. 80 cm, szerokość całkowita: min. 120 cm, głębokość całkowita: min. 45 cm, odcienie buku; - 4 szt. – szafka – wysokość: min. 190 cm, głębokość min.: 50 cm; szerokość min.: 90 cm; liczba drzwi 2; Rodzaj drzwi: pełne. odcienie buku; - 2 szt. – regał – wysokość: min. 190 cm, głębokość min. 35 cm; szerokość min. 55 cm, odcienie buku;	zestaw	1	

*Wykonawca deklaruje posiadanie sprzętu o wymaganiach nie niższych niż podane w opisie poprzez oświadczenie „spełnienia/nie spełniania”. W przypadku gdy wykonawca nie deklaruje udziału w którejś z części, należy wpisać „nie dotyczy”.

b) Część II: Dostawa sprzętu RTV do Domu Diennej Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis	Jednostka miary	Ilość	Potwierdzenie spełnienia wymagań (spełnia/nie spełnia/nie dotyczy)*
1	Telewizor	Parametry techniczne: • przekątna matrycy [cal] - 42 • rozdzielczość [px] - 1920 x 1080 • moc głośników – 2 x 8 W • zasilanie - 220-240 V / 50-60 Hz • format - 16:9 Funkcje: • nagrywanie audycji • menu w języku polskim • odtwarzanie filmów z USB • automatyczne strojenie programów • kolor czarny	sztuka	1	

*Wykonawca deklaruje posiadanie sprzętu o wymaganiach nie niższych niż podane w opisie poprzez oświadczenie „spełnienia/nie spełniania”. W przypadku gdy wykonawca nie deklaruje udziału w którejś z części, należy wpisać „nie dotyczy”.

c) Część III: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Domu Diennej Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis	Jednostka miary	Ilość	Potwierdzenie spełnienia wymagań (spełnia/nie spełnia/nie dotyczy)*
1	Piłka do ćwiczeń 65 cm	Piłka powinna być: - wytrzymała na duże, dynamiczne obciążenia - wykonana ze specjalnego, odpornego na zniszczenia materiału zapewniającego równomierną, spowolnioną utratę powietrza nawet przy gwałtownym mechanicznym uszkodzeniu piłki, zapobiegającemu jej rozerwaniu i nagłej utracie powietrza, mającemu właściwości antypoślizgowe - wyposażona w pompkę	sztuka	2	
2	Piłka do ćwiczeń 75 cm	Piłka powinna być: - wytrzymała na duże, dynamiczne obciążenia - wykonana ze specjalnego, odpornego na zniszczenia materiału zapewniającego równomierną, spowolnioną utratę powietrza nawet przy gwałtownym mechanicznym uszkodzeniu piłki, zapobiegającemu jej rozerwaniu i nagłej utracie powietrza, mającemu właściwości antypoślizgowe - wyposażona w pompkę	sztuka	2	
3	Piłka do ćwiczeń 95 cm	Piłka powinna być: - wytrzymała na duże, dynamiczne obciążenia - wykonana ze specjalnego, odpornego na zniszczenia materiału zapewniającego równomierną, spowolnioną utratę powietrza nawet przy gwałtownym mechanicznym uszkodzeniu piłki, zapobiegającemu jej rozerwaniu i nagłej utracie powietrza, mającemu właściwości antypoślizgowe - wyposażona w pompkę	sztuka	1	
4	Rotor do ćwiczeń rąk i nóg	Urządzenie powinno być wolnostojące. Rotor powinien posiadać: - szeroką podstawę - dociskowy mechanizm oporowy 4 nasadki antypoślizgowe	sztuka	5	

5	Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni	Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem wyposażona w przyrządy do ćwiczeń dłoni oraz nadgarstka. Wyposażenie blatu powinno zawierać: • wałek drewniany • kłapka dłoni służąca do ćwiczeń oporowych • uchwyt • spirala pionowa • koło drewniane • korytko drewniane służące do stabilizacji przedramienia przy ćwiczeniach z kołem	sztuka	2	
6	Mata do rehabilitacji stóp	Mata sensoryczna wyposażona w miękkie wypustki, zapewniające efekt dodatkowej stymulacji stref reflektorycznych. Rozmiar maty: min. 100/30 cm	sztuka	5	
7	Pięteczka do rehabilitacji dłoni	Pięteczka rehabilitacyjna z kolcami wykonana z materiału PCV. Różne długości średnicy.	sztuka	15	
8	Łóżko rehabilitacyjne	Łóżko powinno posiadać: • elektryczną regulację wysokości całego leża • elektryczną regulację wysokości leża od strony głowy • elektryczną regulację kąta nachylenia oparcia • barierki boczne, opuszczane • uchwyty podtrzymujące materac • kółka z blokadami • system transportowy • szerokość leża co najmniej 90 x 85 cm	sztuka	1	
9	Bieżnia elektryczna	Bieżnia powinna posiadać: • moc silnika: co najmniej 2,5 KM • prędkość: 1-16 km/h • automatyczna regulacja prędkości i nachylenia pasa bieżnego • wymiary pasa biegowego co najmniej 135/45 cm • dotykowe sensory do pomiaru pulsu • przyciski szybkiego wyboru prędkości • obciążenie co najmniej 110 kg • kółka transportowe • komputer z wyświetlaczem LCD z podświetleniem mierzącym: czas, prędkość, dystans, puls, spalane kalorie	sztuka	1	

		• programy treningowe			
10	Rower magnetyczny	Rower powinien posiadać: • opór magnetyczny zewnętrzny • zakres regulacji obciążenia: min.16 stopni • regulacja oporu: automatyczna • opór: magnetyczny zewnętrzny • rolki transportowe • obciążenie produktu (waga użytkownika) co najmniej 120 kg • funkcje komputera: czas, dystans, prędkość, kalorie, puls, WATT,	sztuka	1	
11	Stepper	Stepper powinien posiadać: • dwa ruchome ramiona; • system oporu: hydrauliczny; • dwa cylindry hydrauliczne; • ekspandery; • obciążenie co najmniej: 100 kg; • komputer mierzący czas, kalorie, liczba powtórzeń na minutę, ilość kroków;	sztuka	1	
12	Pięczka żelowa przeciwstresowa	Pięczka wykonana z elastycznego tworzywa sztucznego. Różne stopnie twardości – stawianego oporu.	sztuka	5	
13	Kije do Nordic Walking	Kije wykonane z wysokiej jakości materiałów, z możliwością regulacji wysokości w przedziale 80 -140 cm i wadze w przedziale 440-490 g. W zestawie zapasowe końcówki, pokrowiec.	sztuka	30	

*Wykonawca deklaruje posiadanie sprzętu o wymaganiach nie niższych niż podane w opisie poprzez oświadczenie „spełnienia/nie spełniania”. W przypadku gdy wykonawca nie deklaruje udziału w którejś z części, należy wpisać „nie dotyczy”.

d) Część IV: Dostawa sprzętu pielęgnacyjno - wspomagającego dla Domu Diennej Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis	Jednostka miary	Ilość	Potwierdzenie spełnienia wymagań (spełnia/nie spełnia/nie dotyczy)*
1	Ciśnieniomierz	Dane techniczne: • funkcja wykrywania nieregularnej pracy serca • funkcja uśredniania wyników, regulowany kąt ułożenia mankieta • wyświetlacz: cyfrowy, zakres pomiaru ciśnienia: 0 mmHg - 299 mmHg, • zakres pomiaru tętna: 40 - 180 uderzeń/min., • dokładność pomiaru ciśnienia: +/- 3 mmHg, • automatyczny zawór uwalniania powietrza, • pojemnościowy czujnik ciśnienia, • zasilanie: baterie alkaliczne AA 1,5V lub zasilacz prądu stałego/przemiennego (w zestawie).	sztuka	2	
2	Nakładki na sedes dla osób niepełnosprawnych	• nakładka na sedes powinna być wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, • wysokość podwyższenia min. 10 cm • maksymalne obciążenie min. 160 kg.	sztuka	4	
3	Apteczka przenośna z wyposażeniem	Apteczka przenośna powinna zawierać minimum: • 2 szt. Opatrunek indywidualny G • 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm • 1 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm • 2 szt. Chusta trójkątna • 1 kpl. Zestaw plastrów wykrywalnych: • 10 szt. Rękawiczki jednorazowe nitrylowe • 1 szt. Zestaw do płukania oka • 3 szt. Kompres 10x10 (pak po 2szt.) • 2 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80cm • 1 szt. Termometr	sztuka	1	

		• 5 szt. Worek foliowy • 1 szt. Nożyczki 14,5 cm • 1 szt. Opatrunek/siatka opatrunkowa • 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy			
4	Materac pneumatyczny przeciwoodleży nowy	• przeznaczony jest do profilaktyki i wspomagania leczenia odleżyn - budowa oparta na podzieleniu materaca na komory powietrzne pozwalająca na równomierne rozłożenie ciężaru ciała pacjenta, prawidłową wentylację (natlenienie i odprowadzenie wilgoci) oraz dzięki właściwościom izolacyjnym powietrza – komfort temperaturowy. • zmiennociśnieniowy, bąbelkowy z pompą z płynną regulacją ciśnienia • wykonany z PVC • specjalne haki służące do zawieszenia pompy na łóżku w zestawie	sztuka	1	
5	Fotel pionizujący	Fotel powinien posiadać • krzesło zapewniające wszystkie możliwości regulacji • oparcie poruszające się niezależnie od podłoża • poduszki wypełnione włóknami • pełne podpórki na nogi	sztuka	1	
6	Mata masująca	Mata powinna zawierać: • funkcję masażu wibracyjnego • funkcję grzania • głowice masujące shiatsu	sztuka	2	
7	Kołnier masujący	Kołnier powinna zawierać: • funkcję grzania • głowice masujące shiatsu	sztuka	1	

*Wykonawca deklaruje posiadanie sprzętu o wymaganiach nie niższych niż podane w opisie poprzez oświadczenie „spełnienia/nie spełniania”. W przypadku gdy wykonawca nie deklaruje udziału w którejś z części, należy wpisać „nie dotyczy”.